



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 03.11.2017r.

PZ/968/2017

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę elementów do ucyfrowienia aparatu RTG

ZAPYTANIA CZ. III

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w n/w punktach:

Zapytanie 1:

dotyczy: Detektory bezprzewodowe - 2 sztuki. pkt 17.

Czy Zamawiający dopuści detektory o klasie odporności, IP56? Jest to klasa w zupełności wystarczająca do zabezpieczenia urządzenia przez zalaniem w środowisku szpitalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

dotyczy: Stacja technika pkt 11.

Czy Zamawiający dopuści stację technika z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną kolimację prostokątną bez funkcji kołowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania takiej stacji.

Zapytanie 3:

dotyczy: Stacja technika pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści stację technika z oprogramowaniem o funkcjonalności opisanej w punkcie, ale nie realizowanej za pomocą jednego kliknięcia? W oferowanym rozwiązaniu umożliwiające jest w każdym momencie uzyskanie obrazu w wersji pierwotnej bez wprowadzonych zmian, więc nie istnieje możliwość zmniejszenia wartości diagnostycznej zdjęcia poprzez wprowadzenie zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Zapytanie 4:

dotyczy: Stacja technika pkt. 30.

Czy Zamawiający miał na myśli pomiar ilości pikseli w ROI czy też zaczerwienia pola ?

Odpowiedź:

Jest to średnia wartość ilości pikseli i zaczerwienia.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Legawiec
Wojciech Legawiec