



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 02.11.2017r.

PZ/963/2017

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę elementów do ucyfrowienia aparatu RTG

ZAPYTANIA CZ. II

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w n/w punktach:

Zapytanie 1:

dotyczy: ad Ia - Detektory bezprzewodowe – 2 sztuki

Pkt. 5 i 11: Zamawiający wymaga zaoferowania detektorów na bazie cezu, których sprawność detekcji kwantowej wynosi typowo powyżej 60%, jednocześnie wymagając zaoferowania tego parametru (DQE) na poziomie min. 30%.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektorów na bazie gadolinu o DQE=30% czy też podtrzyma wymóg zaoferowania detektorów cezowych jednocześnie korygując wymóg dot. wartości DQE na min. 60%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania detektorów cezowych o DQE na poziomie min. 60% lub wyższym.

Zapytanie 2:

dotyczy: ad IIa - Serwer

Pkt. 19: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dystrybucji obrazów w formacie bezstratnym DICOM, umożliwiającym bezpieczne ich przeglądanie przez lekarzy specjalistów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dystrybucji obrazów w formacie bezstratnym DICOM. Aby obrazy miały wartość diagnostyczną powinny być oceniane przez lekarza w formacie bezstratnym DICOM i tak przesyłane z serwera PACS.

Zapytanie 3:

dotyczy: ad IIb - System nagrywania na płyty

Pkt. 8.b - Zamawiający wymaga, aby przeglądarka nagrywana na płyty miała zdolność komunikowania się z lokalnym serwerem PACS i z archiwum lokalnym. Prosimy o rezygnację z tego wymagania gdyż wydaje się ona bezprzedmiotowa. Oprogramowanie zapisane na płycie

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165

Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824

Kapitał zakładowy 21 000 000 zł



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

ma służyć tylko do wyświetlenia badania zapisanego na płycie.

Odpowiedź:

Przełęczarka nagrywana na płyty nie musi posiadać zdolności komunikowania się z serwerem PACS. Ma odtwarzać obrazy zapisane na płycie po zakończeniu badania.

Zapytanie 4:

dotyczy: ad Dodatkowe wymagania - Pkt. 1

Wymagana opcja zdjęć kości długich i całego kręgosłupa polegająca na wykonaniu 2 zdjęć i późniejszej rekonstrukcji programowej.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanego certyfikowanego akcesorium - mobilnego statywu z parawanem - do właściwego pozycjonowania pacjenta przy statywie posiadanego aparatu, z osłoną radioprzezierną odgradzającą pacjenta od przemieszczanego panela statywu, z podestem i uchwytami na ręce, zminimalizować możliwość poruszenia się pacjenta podczas wykonywania 2 zdjęć?

Odpowiedź:

Tak. Obrazowanie kości długich i całego kręgosłupa wymaga odpowiedniego ustawienia pacjenta za pomocą pozycjonera.

Zapytanie 5:

dotyczy: ad Dodatkowe wymagania - Pkt. 12

Prosimy o potwierdzenie klasy IIb dla oprogramowania serwera PACS (zgodnie z wymaganiem zawartym w opisie serwera – par. IIa p.11).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymóg klasy IIb dla oprogramowania serwera PACS.

Zapytanie 6:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w czasie usuwania awarii, usterki w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w czasie usuwania awarii, usterki w okresie gwarancji. Zamawiający nie może sobie pozwolić na czasowe wyłączenie pracowni, dlatego zapewnienie urządzenia zastępczego w czasie awarii, usterki w okresie gwarancji jest konieczne.

Zapytanie 7:

Zamawiający wymaga skompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

stosowanie aparatu RTG i uruchomienia pracowni RTG. Jaką dokumentację Zamawiający ma na myśli, czy wymóg dotyczy tylko sporządzenia testów specjalistycznych ucyfrowionych aparatów RTG ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga:

- oświadczenia od dostawcy aparatu rentgenowskiego, że aparat rtg spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) lub wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych/ informację dot. zgłoszenia/powiadomienia dokonanego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub deklarację zgodności,
- dokumentacji technicznej aparatu (w wersji językowej polskiej),
- wykonania testów specjalistycznych ucyfrowionego aparatu RTG,
- wszelkiej pomocy w razie wystąpienia problemów.

Zapytanie 8:

Jakiego typu “wszelkie inne dodatkowe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia” nie ujęte w SIWZ Zamawiający ma na myśli ?

Odpowiedź:

Zamawiający zawierając, ten zapis w projekcie umowie miał na celu zapewnienie przez Wykonawcę dokładnego i starannego wywiązania się z zawartej umowy, tzn. celem niniejszego postępowania jest dostarczenie przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad sprzętu, jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wyniknęłyby ewentualnie jakieś okoliczności powodujące konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych, niezbędnych prac prowadzących do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca musi również takowe mieć na względzie i je wykonać.

Zapytanie 9:

Czy Zamawiający posiada niezbędną sieć potrzebną do ucyfrowienia aparatu RTG ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada niezbędną sieć potrzebną do ucyfrowienia aparatu RTG.

Zapytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia fantomów do ucyfrowionego aparatu RTG ?



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia jednorodnego fantoma wodnego lub pleksiglasowego. Powinien on imitować pacjenta podczas kalibracji urządzenia, a później podczas wykonywania testów podstawowych.

Zapytanie 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby trzykrotna naprawa tej samej części urządzenia uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany tej części na nową ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby trzykrotna naprawa tej samej części urządzenia uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany tej części na nową.

Zapytanie 12:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby Wykonawca ponosił koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu? Zaopatrywanie się w klisze do drukarki rtg i nośniki CD/DVD powinno być po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu, aby Wykonawca ponosił koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu. Nie chodzi w tym przypadku o zaopatrywanie Zamawiającego w klisze do drukarki rtg i nośniki CD/DVD (te Zamawiający nabywa we własnym zakresie), lecz o naprawy sprzętu (tj. części itp.) w ramach gwarancji jakości udzielonej na oferowany sprzęt.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Legawiec