



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurow Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 22.12.2017r.

PZ/1172/2017

wg rozdzielnika

dot. drugiego przetargu na dostawę elementów do ucyfrowienia aparatu RTG

ZAPYTANIA CZ. II

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w n/w punktach:

Dot. zał. nr 1 do SIWZ

Zapytanie 1:

Detektory bezprzewodowe - 2 sztuki. pkt 16. Czy Zamawiający dopuści detektory o klasie odporności, IP56 ? Wymagana przez Zamawiającego klasa IP57 zgodnie z definicją zgodnie z PN-EN 60529:2003:

- pierwsza cyfra 5 - oznacza zapewnienie ochrony przed dostępem drutem do części niebezpiecznych oraz ochrony przed pyłem

- druga cyfra 7 - oznacza zapewnienie ochrony przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) - co nie ma miejsca w warunkach szpitalnych.

Rozwiązanie, które chcielibyśmy zaproponować Zamawiającemu posiada klasę odporności IP 56. W przypadku pierwszej cyfry jest to taki sam poziom zabezpieczenia przez wnikaniem elementów stałych jak wymagany. Natomiast w przypadku drugiej cyfry 6 - oznacza zapewnienie ochrony przed silną strugą wody (100 l/min) skierowaną na obudowę z dowolnej strony.

Według naszej najlepszej wiedzy w środowisku szpitalnym nie dochodzi do sytuacji wymagających zanurzenia urządzeń typu detektor cyfrowy do wykonywania zdjęć rtg. Zdarzają się przypadki kiedy w wyniku stresu lub choroby dochodzi do kontaktu z płynami fizjologicznymi pacjentów podczas badania, ale w takiej sytuacji wystarczającym zabezpieczeniem byłaby nawet klasa odporności IP 54.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania detektorów o klasie odporności IP57.



www.buskowianka.com

Dział Sprzedaży: Wełecz 178
28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 312 48 32, fax 41 378 20 68
e-mail: buskowianka@ubz.pl



www.slonecznekosmetyki.pl



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biuro Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Zapytanie 2:

Detektory bezprzewodowe - 2 sztuki. pkt 17. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci dwóch dedykowanych ładowarek umożliwiających w sumie jednoczesne ładowanie 4 baterii?

Rozwiązanie takie jest wygodniejsze ponieważ jedna ładowarka może być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie aparatu skracając drogę do wymiany baterii w detektorze, natomiast druga w sterowni lub na zapleczu. Dodatkowo Czy Zamawiający wprowadzi zapis o wymogu dostarczenia minimum 3 baterii do detektorów, co umożliwi nieprzerwane użytkowanie systemu. Bez tego zapisu Wykonawca może dostarczyć detektory z 2 bateriami co znacząco utrudni pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dwóch dedykowanych ładowarek. Zamawiający wprowadzi zapis o wymogu dostarczenia min. 3 baterii do detektorów.

Zapytanie 3:

Serwer PACS wraz z oprogramowaniem. pkt 17. Zamawiający wymaga w ramach zamówienia dostarczenia dodatkowych napędów typu RDX o sumarycznej wielkości min. 2TB. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o napędy LTO jako równoważne do wymaganego? Napędy LTO charakteryzują się dłuższą żywotnością jak również są znacząco tańsze w sytuacji ich późniejszej rozbudowy, co jest w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania opartego o napędy LTO jako równoważne do wymaganego.

Zapytanie 4:

Dodatkowe wymagania - Drukarka klisz medycznych. pkt 1. Czy Zamawiający dopuści by oferowana drukarka medyczna posiadała rozdzielczość min/320 dpi? Różnica 5 dpi jest różnicą pomijalną i nie wpływającą w widoczny sposób na jakość wydruków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drukarki medycznej o rozdzielczości min/320 dpi.

Zapytanie 5:

Dodatkowe wymagania - Drukarka klisz medycznych. pkt 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wydruku obrazu na całej powierzchni filmu - bez marginesu?



www.buskowianka.com

Dział Sprzedaży: Welecz 178

28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 312 48 32, fax 41 378 20 68

e-mail: buskowianka@ubz.pl



www.slonecznekosmetyki.pl



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurowo Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wydruk musi być na całej powierzchni filmu.

Zapytanie 6:

Dodatkowe wymagania - Drukarka klisz medycznych. pkt 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego raportowania sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez Internet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez automatycznego raportowania sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez Internet.

Zapytanie 7:

Czy ze względu na kompatybilność i serwisowanie urządzeń, Zamawiający wymaga aby co najmniej panele cyfrowe wraz ze stacją technika oraz drukarka klisz medycznych były wyprodukowane przez tego samego producenta?

Odpowiedź:

Tak.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Legawiec
Wojciech Legawiec



www.buskowianka.com

Dział Sprzedaży: Welecz 178

28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 312 48 32, fax 41 378 20 68

e-mail: buskowianka@ubz.pl



www.slonecznekosmetyki.pl

NIP 655-000-02-38, REGON 000288165

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824, Kapitał zakładowy 22 500 000, 00 zł

Nr konta 39 2490 0005 0000 4530 1430 0478