



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biuro Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobyków Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 06.02.2018r.

PZ/152/2018

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę obwodów oddechowych

ZAPYTANIA CZ. II

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. poz. 1: Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego typu rura w rurze do aparatów do znieczulenia dla dorosłych, wykonanych z biodegradowalnego materiału, dł. 1,8m, złącza 22mmF, dodatkowa rura do worka o dł. 1m, kolanko 90 st. z portem CO2 typu luer-lock, worek oddechowy bezłateksowy poj. 2 litry, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



www.buskowianka.com



www.slonecznekosmetyki.pl



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurow Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobyków Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. poz. 1: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonej w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Możliwość stosowania do 7 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. poz. 2: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PP, PE, TPE, CR bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm, wyposażone w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonej w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Możliwość stosowania do 7 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. poz. 1: Prosimy o dopuszczenie Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania dla dorosłych, materiał: PP (polipropylen) rury rozciągliwe o regulowanej długości do 200 cm o średnicy 22 mm, złącza 22mmF trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 150 cm, rury z pamięcią kształtu, trójnik Y, kolanko 90o z portem CO2 typu luer-lock, złączka prosta 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, czysty mikrobiologicznie, zalecany czas stosowania do 7 dni.



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurow Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobyków Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. poz. 2: Prosimy o dopuszczenie Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania pediatryczny, materiał: PP (polipropylen) rury rozciągliwe o regulowanej długości do 200 cm o średnicy 15 mm, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 150 cm, trójnik Y, kolanko 90o z portem CO2 typu luer-lock, złączka prosta 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 1 litr, czysty mikrobiologicznie, zalecany czas stosowania do 7 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Legawiec
Wojciech Legawiec