



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biuro Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 21.12.2017 r.

PZ/1167/2017

wg rozdzielnika

dot. drugiego przetargu na dostawę elementów do ucyfrowienia aparatu rtg

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zamawiający wymaga skompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatu RTG i uruchomienia pracowni RTG. Po ucyfrowieniu pracowni wymagane jest wykonanie testów specjalistycznych. Czy wykonanie tych testów przez laboratorium akredytowane z wynikiem pozytywnym Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Po ucyfrowieniu Zamawiający wymaga wykonania testów specjalistycznych z wynikiem pozytywnym przez laboratorium akredytowane na koszt Wykonawcy.

Zapytanie 2:

Jakiego typu „wszelkie inne dodatkowe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia” nie ujęte w SIWZ Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Za wszelkie inne dodatkowe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia należy uznać w szczególności przeniesienie gniazd sieciowych i gniazd 220V (po wizji lokalnej na miejscu).

Zapytanie 3:

Czy Zamawiający posiada niezbędną infrastrukturę informatyczną (sieć) potrzebną do ucyfrowienia aparatu RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada niezbędną infrastrukturę informatyczną (sieć) potrzebną do ucyfrowienia aparatu RTG.

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby trzykrotna naprawa tej samej części urządzenia uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany tej części na nową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



www.buskowianka.com

Dział Sprzedaży: Welecz 178



www.slonecznekosmetyki.pl



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurow Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Zapytanie 5:

Prosimy o rezygnację z wymogu, aby Wykonawca ponosił koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu. Zaopatrywanie się w klisze do drukarki rtg i nośniki CD/DVD powinno być po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie jest w stanie oszacować ilości potencjalnego zużycia rzeczonych materiałów, a tym samym skalkulowania ich w cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu, aby Wykonawca ponosił koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu. Nie chodzi w tym przypadku o zaopatrywanie Zamawiającego w klisze do drukarki rtg i nośniki CD/DVD (te Zamawiający nabywa we własnym zakresie), lecz o naprawy sprzętu (tj. części itp.) w ramach gwarancji jakości udzielonej na oferowany sprzęt.

Zapytanie 6:

System nagrywania na płyty – Zamawiający wymaga, aby przeglądarka nagrywana na płyty miała zdolność komunikowania się z lokalnym serwerem PACS i z archiwum lokalnym. Prosimy o rezygnację z tego wymagania gdyż wydaje się ono bezprzedmiotowe. Oprogramowanie zapisane na płycie ma służyć tylko do wyświetlania badania zapisanego na płycie na komputerach, do których została włożona.

Odpowiedź:

Przeglądarka nagrywana na płyty nie musi posiadać zdolności komunikowania się z serwerem PACS. Ma odtwarzać obrazy zapisane na płycie po zakończeniu badania.

Zapytanie 7:

Dodatkowe wymagania - Wymagana opcja zdjęć kości długich i całego kręgosłupa polegająca na wykonaniu 2 zdjęć i późniejszej rekonstrukcji programowej. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanego certyfikowanego akcesorium - mobilnego statywu z parawanem - do właściwego pozycjonowania pacjenta przy statywie posiadanego aparatu, z osłoną radioprzezierną odgradzającą pacjenta od przemieszczanego panela statywu, z podestem i uchwytami na ręce, zminimalizować możliwość poruszenia się pacjenta podczas wykonywania 2 zdjęć?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia pozycjonera dla pacjenta.

Zapytanie 8:

W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu umowy zgodnego z umową lub wolnego od wad. Zgodnie z zapisami w SIWZ w pkt 2. Zamawiający może zażądać próbek lub prezentacji parametrów w swojej siedzibie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów z SIWZ, w szczególności klasy wodoodporności zgodnie z definicją normy IP57, wykona test zanurzeniowy wg powołanej w zapisach normy celem potwierdzenia parametrów.



„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA

Biurow Zarządu: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 25, fax 41 378 41 54, e-mail: dyrekcja@ubz.pl
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

Odpowiedź:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów z SIWZ, w szczególności klasy wodoodporności Zamawiający może wykonać np. test zanurzeniowy.


Zapytanie 9:

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowany wyrób odpowiada parametrom wymaganym wymaga dostarczenia certyfikatu właściwości dla urządzenia/oprogramowania stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i dodanie wymagania: certyfikatu właściwości dla urządzenia/oprogramowania stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIB dla oprogramowania serwera PACS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ część IIa pkt 11.

Odpowiedź:

W celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie serwera PACS odpowiada wymaganiom, Zamawiający może żądać certyfikatu właściwości dla urządzenia/oprogramowania stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie co najmniej IIB.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Gawlicz



www.buskowianka.com

Dział Sprzedaży: Welecz 178
28-100 Busko-Zdrój



www.slonecznekosmetyki.pl