



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 06.12.2017r.

PZ/1088/2017

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę medycznych materiałów jednorazowego użytku

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O przy VT=500 ml, wadze 36,5g, przestrzeni martwej 55ml, o oporach przepływu 0,82 cm H₂O przy 30l/min oraz 2,14 cm H₂O przy 60l/min, objętość oddechowa 150-1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „o powierzchni 1400 cm², medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm², z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V_t „?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Legawiec