



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 08.11.2017 r.

PZ/983/2017

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w zakresie okulistyki

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. projektu umowy: Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował w umowie, że wstawienie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego powoduje, że kara za przekroczenie terminu naprawy nie będzie naliczana.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do treści § 7 ust 2 pkt 3 projektu umowy zapis „Wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego powoduje, że kara za przekroczenie terminu naprawy nie będzie naliczana.”

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. parametru w poz. 2: Czy zamawiający dopuści mikroskop z większym zakresem powiększeń, tj.

- powiększenie najmniejsze 3,6x
- powiększenie największe 21,8x ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. parametru w poz. 6: Czy zamawiający dopuści mikroskop z niezwykle precyzyjną regulacją wyostrenia, która posiada możliwość nie podwójnej, a płynnej regulacji prędkości w zakresie 0-100%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. parametru w poz. 7: Czy zamawiający dopuści mikroskop z niezwykle precyzyjną regulacją focus, która posiada jeden układ regulacji płynnej z możliwością zmiany prędkości w zakresie 0-100%?



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. parametru w poz. 8: Czy zamawiający ma na myśli mikroskop wyposażony w 3 wyjścia optyczne, które umożliwiają podłączenie 3 binokularów tj.: głównego operatora oraz dwóch asystentów? Alternatywnie prosimy o dopuszczenie mikroskopu wyposażony w zintegrowany z głowicą rozdzielacz wiązki do podłączenia podglądów asystenckich.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. parametru w poz. 9: Czy zamawiający dopuści mikroskop który posiada płynną regulację oświetlenia sterowaną oddzielnie zarówno dla światła głównego jak i światła refleksu w zakresie 0-100% oraz ze zintegrowanym filtrem UV? Zaproponowane rozwiązanie jest najwyższym standardem w operacjach okulistycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. parametru w poz. 11: Czy zamawiający dopuści mikroskop który posiada wbudowane w optykę koaksjalne źródło światła halogenowego 12V 50W. System ten nie wymaga stosowania światłowodów dzięki czemu ogranicza koszty użytkowania mikroskopu oraz zapewnia lepszą transmisję światła zapewniając chirurgowi lepszą widoczność bez strat oświetlenia wynikających ze stosowania światłowodu i konieczności używania żarówek o większej mocy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. parametru w poz. 13: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym można zastosować rozdzielacz optyczny 50/50 lub 70/30?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. parametru w poz. 14: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym płynnie regulowany zoom posiada nie pięciostopniową, a również płynną zmianę prędkości działania w zakresie 0-100%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 10:

Zapytanie dot. parametru w poz. 15: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym płynnie regulowana ostrość posiada nie pięciostopniową, a również płynną zmianę prędkości działania przesuwu w zakresie 0-100%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. parametru w poz. 16: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym przesuw w osiach X i Y posiada nie pięciostopniową, a również płynną zmianę prędkości działania przesuwu w zakresie 0-100%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. parametru w poz. 17: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym balans obciążenia ramienia wynosi 12,2 kg. Maksymalny ciężar dołączanych akcesoriów w proponowanym mikroskopie w pełnym uzbrojeniu optyki, w tym do zabiegów fakowitrektomii, nie przekracza 10 kg dlatego zaproponowany mikroskop nie wymaga stosowania tak dużego zakresu regulacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 13:

Zapytanie dot. parametru w poz. 18: Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w pokrętko do płynnej kompensacji wagi głowicy w którym regulowana blokada minimalnej wysokości odbywa się poprzez zwolnienie/uruchomienie hamulców elektromagnetycznych bez dodatkowych niepotrzebnych ograniczeń zakresu ruchów lub ustawień programistycznych i zawiera się w granicach 727 - 1580mm?



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Proponowane rozwiązanie umożliwia bezpieczne przeprowadzenie wszystkich rodzajów operacji okulistycznych.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 14:

Zapytanie dot. parametru w poz. 19: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym maksymalny kąt obrotu dwóch przegubów jest większy i wynosi odpowiednio 340° i 330° o maksymalnym promieniu 1492 mm i regulacji wysokości równej 846mm? Większe wartości kątów obrotu, zasięgu i regulacji wysokości w znacznym stopniu wpływają na komfort pracy i możliwości ustawienia mikroskopu w różnych nawet niewygodnych pozycjach zapewniając pełną manewrowość i doskonały wgląd chirurgowi.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 15:

Zapytanie dot. parametru w poz. 20: Czy zamawiający dopuści mikroskop w którym regulacja ostrości podglądu asystenckiego jest zintegrowana i realizowana przez chirurga głównego. Funkcja ta w znacznym stopniu pozwala uniknąć błędnego ustawienia ostrości szczególnie przez mniej doświadczony personel lub osoby uczące się i zapewnia idealny wgląd asystencki identyczny z wglądem głównego operatora.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 16:

Prosimy zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu Biometru optycznego: „II Biometr optyczny”. Czołowi producenci mikroskopów nie są jednocześnie producentami biometrów dlatego wydzielenie tych urządzeń do odrębnych pakietów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec
Wojciech Legawiec